QUICKGUIDE
LYMPHA PRESS OPTIMAL V2

LYMPHA PRESS KOMPRESSIONSSYSTEM:

Lympha Press er et kompressionssystem, som giver lufttrykmassage.

Det består af en pumpe, der forbindes til en manchet via luftslanger.

Det pulserende lufttryk lindrer generne ved bl.a. ødem.

Lufttrykket angives i mmHg.

I Lympha Press Optimal V2 er lufttrykket gradueret.

Det luftkammer som er længst væk fra hjertet får det højeste tryk.

Når manchetten fyldes med luft, falder trykket med 1 mmHg pr. luftkammer.

For yderligere information henvises til brugervejledning og instruktionsvideo om håndtering af manchet på hjemmeside:

lymphapress.dk

SAMMENKOBLING AF LYMPHA PRESS OPTIMAL V2 OG MANCHET:

- Anbring pumpen på et hårdt og fladt underlag.
- Sæt strømforsyningen ind på bagsiden af pumpen og i en egnet stikkontakt. Tænd for stikkontakten.
- Tryk start på Start/stop knap som er placeret på bagsiden af pumpen.
- Det store stik i slangebundtet sættes ind i Lympha Press Optimal V2 på forsiden. Det er vigtigt at tage fat i stikket og ikke slangerne, når stikket føres ind i pumpen.

- Pilene på siden af stikket, skal pege opad. Der høres et lille klik, når stikket sidder på plads.
- Det er muligt at anvende to manchetter samtidigt. Hvis man kun anvender en manchet, skal den anden luftudgang i pumpen blokeres med den store blindprop, som vist på foto.

Apodan

LYMPHA PRESS OPTIMAL V2 REGULERINGSKNAPPER:

Knapper	Funktioner
	**Kompressionsprogram**: Brug knapperne ▲ og ▼ til at vælge det anbefalede program. • Præterapi + Lympha Gradient • Lympha Gradient • Præterapi og Wave • Wave
	Tryk/Pressure (mmHg): Trykket i Præterapi er fastindstillet til 40 mmHg. Trykket i Lympha Gradient/Wave (31-90mmHg) kan indstilles med ⊖ og ⊕ knapperne. Trykket kan justeres, imens pumpen kører.
	Anvendelsestid/Treatment Time: Anvendelsestiden indstilles med ⊖ og ⊕ knapperne til mellem 20 og 90 min. Tiden kan justeres, imens pumpen kører.
	Tryk og anvendelsestid kan ikke justeres, når pumpen står på Pause.
	Start: Tryk på ▶ knappen for at starte pumpen. Når den indstillede tid er gået, stopper Lympha Press Optimal V2, og luften suges ud af manchetten.
	Pause/Stop: Du kan når som helst standse kompressionspumpen. 1:Trykkes en gang på ⏸ knappen, holdes pause i programmet, og luften suges automatisk ud af manchetten. For at fortsætte programmet hvorfra det blev sat på pause, tryk på ▶ knappen. 2: Trykkes der to gange på ⏸ knappen, stopper pumpen, uden at luften suges ud af manchetten. For at fortsætte programmet hvorfra det blev sat på pause, tryk på ▶ knappen. 3: Trykkes der tre gange på ⏸ knappen stopper pumpen helt. Man kan herefter ændre program eller starte helt forfra i det valgte program ved tryk på ▶ knappen.

EFTER ANVENDELSE:

Når pumpen er færdig, tages manchetten af. Strømforsyningen tages ud af pumpen og stikkontakten.

TRANSPORT:

Ved transport trækkes strømforsyningen ud af pumpen og stikkontakten. Slangebundterne afmonteres fra pumpen ved at trykke ned på kliklåsen og forsigtigt trække stikkene ud af pumpen.
Det hele pakkes i en god taske, som beskytter pumpe og manchet.

RENGØRING:

Strømforsyningen skal være ude af stikkontakten, når pumpen og manchetten aftørres med en fugtig klud eller egnet desinfektionsmiddel. Der må ikke komme væske ind i pumpen.